

## 情况说明

陕西师范大学采购招标管理办公室：

我单位前期申请采购了一台原位断层光谱仪，该项目通过网上竞价的方式发布采购公告，由陕西谱光微视科技有限公司中标并签订采购合同（合同编号：SDHT2025270025）。

但由于实际到货的原位断层光谱仪未能达到合同中约定的技术指标要求（傅里叶红外光谱功能），具体表现为该功能缺失。因此，我单位已将该设备退回供应商，并由陕西谱光微视科技有限公司出具了不能继续履行合同的情况说明。

鉴于上述情况，特申请撤销此合同，谢谢！

申请单位：材料科学与工程学院

杨司



# 情况说明

尊敬的老师:

您好!

由于我公司工作人员疏忽,《陕西师范大学-原位断层光谱仪采购合同》中存在少量文字错误及功能不适。其中技术指标第1条中“空间分辨率&lt;1nm”实际为“空间分辨率 1nm”,字符串“&t;”为文字软件编辑时产生的乱码,不具有物理意义;第2条中的“傅里叶变换红外:4000”为文字编辑错误,其中数字“4000”没有单位且不具备物理意义,且此型号光谱仪不含傅里叶变换红外功能。

这两条错误的勘误,不影响仪器的核心功能,合同中技术指标均可以实现。

由于合同中的技术指标傅里叶红外光谱功能无法实现,所以不能继续履行合同。

特此说明,请老师知悉!

同意弃标,撤回合同。



陕西谱光微视科技有限公司

鲁庆