

之江实验室单一来源采购专家论证表

项目基本情况	采购内容或项目名称	台式扫描电镜	联系人	刘海涛			
	预算金额(万元)	88	联系电话	18813096736			
	拟定供应商名称	复纳科学仪器(上海)有限公司					
	拟定供应商地址	上海市闵行区申滨路 88 号上海虹桥丽宝广场 T5 办公室 705 室					
专家论证意见	2020 年 7 月 27 日, 之江实验室财务资产部组织专家就台式扫描电镜采购进行单一来源采购论证, 论证专家组(名单附后)听取了该设备采购项目的汇报, 就相关问题进行了质询, 在各位专家独立评价的基础上, 经充分讨论, 形成如下论证意见: 1. <u>微纳光纤形貌、尺寸及腰区/锥区特征的及时、有效表征是获得拉锥控制参数的关键, 也是高效推进“基于微纳光纤的多参量融合触觉感知系统”项目的基础。该项目制备的微纳尺度样品量大, 外协测试效率低、周期长且费用高, 购置台式扫描电镜符合该项目的的基本要求, 须配置一台。</u> 2. 采购方案中所提到的<u>放大倍率优于 100,000×, 载入样品到电子成像时间小于 1min, 灯丝材料采用 CeB₆ 晶体等指标参数合理, 性能参数能够满足该项目的科研要求。</u> 3. <u>载入样品到电子成像时间小于 1min, 灯丝材料采用 CeB₆ 晶体。经论证, 市场上只有 Phenom World 能够满足该需求。符合单一来源采购要求。</u> 论证专家经投票, 同意以单一来源方式采购该设备 3 票, 不同意以单一来源方式采购该设备 0 票, 同意以单一来源方式采购该设备的票数超过了专家组总人数的三分之二, 必须以单一来源方式采购该设备。						
专业人员信息:							
序号	姓名	职称	工作单位	联系电话	签名		
1	施可彬	研究员	北京大学	18610562024			
2	叶美英	教授	杭州师范大学	15868472173	叶美英		
3	郝翔	研究员	浙江大学	0571-87952094			

2020 年 7 月 29 日



扫描全能王 创建

之江实验室单一来源采购专家论证表

项目基本情况	采购内容或项目名称	台式扫描电镜	联系人	刘海涛			
	预算金额(万元)	88	联系电话	18813096736			
	拟定供应商名称	复纳科学仪器(上海)有限公司					
	拟定供应商地址	上海市闵行区申滨路 88 号上海虹桥丽宝广场 T5 办公室 705 室					
专家论证意见	2020 年 7 月 27 日, 之江实验室财务资产部组织专家就台式扫描电镜采购进行单一来源采购论证, 论证专家组(名单附后)听取了该设备采购项目的汇报, 就相关问题进行了质询, 在各位专家独立评价的基础上, 经充分讨论, 形成如下论证意见: 1. <u>微纳光纤形貌、尺寸及腰区/锥区特征的及时、有效表征是获得拉锥控制参数的关键, 也是高效推进“基于微纳光纤的多参量融合触觉感知系统”项目的基础。</u>该项目制备的微纳尺度样品量大, 外协测试效率低、周期长且费用高, 购置台式扫描电镜符合该项目的基本要求, 须配置一台。 2. 采购方案中所提到的放大倍率优于 100,000$\times$, 载入样品到电子成像时间小于 1min, 灯丝材料采用 CeB₆ 晶体等指标参数合理, 性能参数能够满足该项目的科研要求。 3. <u>载入样品到电子成像时间小于 1min, 灯丝材料采用 CeB₆ 晶体。</u>经论证, 市场上只有 Phenom World 能够满足该需求。符合单一来源采购要求。 论证专家经投票, 同意以单一来源方式采购该设备 3 票, 不同意以单一来源方式采购该设备 0 票, 同意以单一来源方式采购该设备的票数超过了专家组总人数的三分之二, 必须以单一来源方式采购该设备。						
专业人员信息:							
序号	姓名	职称	工作单位	联系电话	签名		
1	施可彬	研究员	北京大学	18610562024	施可彬		
2	叶美英	教授	杭州师范大学	15868472173			
3	郝翔	研究员	浙江大学	0571-87952094			

2020 年 7 月 27 日



扫描全能王 创建

之江实验室单一来源采购专家论证表

项目基本情况	采购内容或项目名称	台式扫描电镜	联系人	刘海涛
	预算金额(万元)	88	联系电话	18813096736
	拟定供应商名称	复纳科学仪器(上海)有限公司		
	拟定供应商地址	上海市闵行区申滨路 88 号上海虹桥丽宝广场 T5 办公室 705 室		

专家论证意见

2020 年 7 月 27 日, 之江实验室财务资产部组织专家就台式扫描电镜采购进行单一来源采购论证, 论证专家组(名单附后)听取了该设备采购项目的汇报, 就相关问题进行了质询, 在各位专家独立评价的基础上, 经充分讨论, 形成如下论证意见:

1. 微纳光纤形貌、尺寸及腰区/锥区特征的及时、有效表征是获得拉锥控制参数的关键, 也是高效推进“基于微纳光纤的多参量融合触觉感知系统”项目的基础。该项目制备的微纳尺度样品量大, 外协测试效率低、周期长且费用高, 购置台式扫描电镜符合该项目的基本要求, 须配置一台。

2. 采购方案中所提到的放大倍率优于 $100,000\times$, 载入样品到电子成像时间小于 1min, 灯丝材料采用 CeB_6 晶体等指标参数合理, 性能参数能够满足该项目的科研要求。

3. 载入样品到电子成像时间小于 1min, 灯丝材料采用 CeB_6 晶体。经论证, 市场上只有 Phenom World 能够满足该需求。符合单一来源采购要求。

论证专家经投票, 同意以单一来源方式采购该设备 3 票, 不同意以单一来源方式采购该设备 0 票, 同意以单一来源方式采购该设备的票数超过了专家组总人数的三分之二, 必须以单一来源方式采购该设备。

专业人员信息:

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话	签名
1	施可彬	研究员	北京大学	18610562024	
2	叶美英	教授	杭州师范大学	15868472173	
3	郝翔	研究员	浙江大学	0571-87952094	郝翔

2020 年 7 月 27 日



扫描全能王 创建